



Ny strålevernsforskrift er trådt i kraft

Forskriften er behørig beskrevet i Tidende nr. 7, våren 2011, av Caroline Hol og Linda

Arvidsson. Her skal bare gjentas de viktigste momentene som berører allmennpraktiserende tannleger.

Begrensning i bruk

Forskriften søker å begrense bruk av stråling både ved at operatøren skal vurdere pasientens behov for undersøkelse på forhånd, og er sågar forpliktet til å innhente tidligere røntgenbilder fra annen klinikk i stedet for å ta nye – vel å merke dersom informasjonen på bildene kan påvirke pasientens behov for ytterligere radiologiske undersøkelser. Røntgenundersøkelser utført for andre tannleger, tannpleiere eller annet helsepersonell krever en skriftlig henvisning.

Krav til kompetanse

Virksomheter som benytter intraoralt dentalapparat må tilknytte seg tannpleier- eller tannlegekompetanse. Virksomheter som benytter ekstraoral dentalradiografi (all røntgenapparat

brukt til odontologiske formål foruten dentalapparatet) må tilknytte seg tannlegekompetanse hvor tannlegen må ha relevant og dokumenterbar kompetanse for eksempel kurs i OPG. For ordens skyld: Virksomheter som benytter CT, inkludert CBCT (CBVT, 3D røntgen) må tilknytte seg radiologkompetanse i form av kjeve- og an- siktsradiolog eller medisinsk radiolog.

Krav til opplæring og vedlikehold

Tannhelsepersonell som benytter stråling skal ha *«årlig relevant opplæring i strålevern og strålebruk i forhold til arbeidsmetoder og den enkeltes arbeidsoppgaver»*. All opplæring skal være dokumenterbar i forhold til omfang og innhold. Dette kan møtes gjennom forskjellige typer kurs, som altså skal gjennomgås årlig.

Krav til vedlikehold

«All apparatur skal vedlikeholdes og kontrolleres på en planlagt, systematisk og dokumenterbar måte. Kontrollen skal minimum omfatte parametre som påvirker stråledoser/avsatt energi og bildekkvalitet». I praksis vil dette

måtte bety at kontroll foretas med måleapparat i forhold til ønsket bildekkvalitet.

Det er også avsnitt om medisinsk strålebruk som berører allmennpraktikere lite.

Forskriften finner du på: www.lovdato.no/for.sf/ho/ho-20101029-1380.html FOR 2010-10-29 nr. 1380: Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften). Der vil du også kunne lese gjeldende regelverk for bruk av Cone Beam og annen avansert apparatur.

For øvrig henvises det til den utmerkede artikkel: Ny strålevernsforskrift – konsekvenser for klinisk odontologisk praksis? I Tidende nr. 7, 2011, s. 446–7.

Aril Jul Nilsen
Fagsjef i NTF

Avdeling for medlemsrådgivning

Medlemsrådgiverne gir råd innen de fleste næringsjuridiske områder samt i arbeidsgiver- og arbeidstakerspørsmål.

Advokat Elisabeth Scarpello

Juridisk medlemsrådgivning generelt, etiske spørsmål, samarbeidsavtaler mellom tannleger.
E-post: elisabeth.scarpello@tannlegeforeningen.no

Advokat Dag Kielland Nilsen

Juridisk medlemsrådgivning generelt, skatte- og avgiftsspørsmål.
E-post: dag.nilsen@tannlegeforeningen.no

Forhandlingssjef John Frammer

Medlemsrådgivning om lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjon. Rådgivning ift. kollektiv arbeidsrett, herunder tariffspørsmål og forhandlinger.
E-post: john.frammer@tannlegeforeningen.no

Seniorkonsulent Lin Muus Bendiksen

Medlemsrådgivning generelt, lønns- og arbeidsforhold for hjelpepersonell og internkontroll-HMS.
E-post: lin.bendiksen@tannlegeforeningen.no

Telefontid 09.00–11.00 alle hverdager. Tlf. 22 54 74 00